

ZAMAWIAJĄCY:

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

ul. Ks. Trojdena 4

02-109 Warszawa

ZAPYTANIE OFERTOWE nr WIB/LBR/1.

dot. udzielania zamówienia publicznego o wartości szacunkowej netto *):

- ☒ wyżej niż 3 500 zł i niższej niż kwota 130 000 złotych na podstawie art. 11 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych **na dostawy lub usługi „z dziedziny nauki”**,
- ☐ wyżej niż 3 500 zł i niższej niż 130 000 złotych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych **na dostawy, usługi lub roboty budowlane**,
- ☐ wyżej niż 3 500 zł na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych (**wyłączenia przedmiotowe**)

*)zaznaczyć X we właściwym kwadracie

Działając w imieniu Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie z siedzibą przy ulicy Księcia Trojdena 4 zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie ~~usługi/ dostawy/ roboty budowlanej~~*) polegającej na:

1. Określenie przedmiotu zamówienia: Wieloparametrowy miernik (pH/przewodność/DO), nastołowy, pHenomenal® MU 6100 L
2. Opis wymagań: Typ: MU 6100 L, S1 kit
Zakres pomiaru pH: -2,000...+19,999
Rozdzielczość pomiaru pH: 0,1/0,01/0,001 (do wyboru)
Dokładność pH: $\pm 0,1/\pm 0,01/\pm 0,005$
Kalibracja pH: Do 5 punktów
Zakres pomiaru mV: $\pm 1200,0/\pm 2500$
Rozdzielczość pomiaru mV: 0,1/1
Dokładność mV: $\pm 0,3/\pm 1$
Przewodność - Zakres: 0,001 $\mu\text{S}/\text{cm}$ - 1000 mS/cm
Przewodność - Rozdzielczość pomiaru: 0,1 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Przewodność – Dokładność: $\pm 0,5\%$ badanej wartości
Przewodność - Stała komórki: 0,001 - 25 cm^{-1} (w zależności od próby)
Przewodność – Kalibracja: 1 punkt
Zakres rezystywności: 1 Ω/cm - 999 $\text{M}\Omega/\text{cm}$
Dokładność rezystywności: $\pm 0,5\%$ badanej wartości

Zasolenie-zakres: 0,00 - 70 ppt

TDS – zakres: 0 - 1999 mg/L / 2,00 - 19,99 g/L / 20,0 - 199,9 g/L

TDS – rozdzielczość: 1 mg/L / 0,01 g/L / 0,1 g/L

Stężenie DO (mg/L): 0,00 - 20,00; 0,0 - 90,0

Rozdzielczość pomiaru (mg/l): 0,1%; 0,01 (w zależności od detektora)

DO - % Nasycenie: 0,0 - 200,0; 0 - 600 (w zależności od detektora)

Dokładność: $\pm 0,5\%$ wartości (pomiędzy 5...30 °C)

Kalibracja: Nasyconym powietrzem

Zakres temperatury: tryb automatyczny: -5,0...+105,0 °C; tryb ręczny: -25...+130 °C

Rozdzielczość pomiaru temperatury: 0,1/1 °C

3. Termin realizacji zamówienia: 30 dni.
4. Kryteria oceny ofert: 100 % cena.
5. Istotne postanowienia umowne:
.....
6. Ofertę ~~przesłać faksem na nr~~ / przesłać pocztą elektroniczną* na adres pkwapisz@iimcb.gov.pl do dnia 31.05.2022 r. do godz. 15:00.
7. Osobą do kontaktu z wykonawcami jest: Paula Kwapisz, nr tel. +48 22 597 07 00, e- mail: pkwapisz@iimcb.gov.pl


.....
(podpis Kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

* niepotrzebne przekreślić