



Warszawa, dn. 04.07.2018 r.

ADZ.261.23.2018

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Dostawa zrobotyzowanego systemu obrazowania do wieloparametrycznych badań przesiewowych i ich analiz na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, znak sprawy ADZ.261.23.2018

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy, w sprawie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, zwany dalej Zamawiającym, na mocy 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, udziela poniższych wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w p. 24 Formularza Oferty SIWZ: Komputer do akwizycji obrazów mikroskopowych o następujących parametrach:
Dual Intel Xeon Processor E5-2620v3 (12cores)
32GB RAM
NVIDIA Quadro NVS 310, 1GB
Przestrzeń dyskowa 2TB (+ dodatkowa przestrzeń dyskowa 4TB; razem 6TB), RADIS.
Ze względu na zainstalowany Microsoft SQL Standard Server dysk dedykowanego komputera nie jest podzielony na partycje.”

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane zmiany w konfiguracji komputera do akwizycji opisanej w pkt. 24 SIWZ.

Uzasadnienie: zaproponowane zmiany w konfiguracji komputera do akwizycji, tj. karta grafiki o mniejszej pamięci, niższa częstotliwość taktowania procesora oraz brak podziału dysku twardego na partycje nie wpłyną w znaczący sposób na akwizycję obrazów i są rekompensowane poprzez poprawienie pozostałych parametrów, jak np. większa niż zakładano liczba rdzeni procesora i ilość pamięci RAM.

W przypadku, gdy udzielona powyżej odpowiedź pozostaje w sprzeczności z postanowieniami SIWZ lub też precyzuje lub uzupełnia postanowienia SIWZ, należy przyjąć, że stanowi ona zmianę SIWZ dokonaną przez Zamawiającego w myśl art. 38 ust. 4 ustawy i będzie stanowiła podstawę dla oceny zgodności oferty z SIWZ, przy czym w przypadku gdy:

- a) postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SIWZ, za obowiązującą w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,

- b) postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SIWZ za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SIWZ.

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych
Międzynarodowego Instytutu
Biologii Molekularnej i Komórkowej
.....w Warszawie.....

Podpis Kierownika Zamawiającego
Prof. dr hab. Jacek Jaworski