

Warszawa, 27 lipca, 2018 r.

ADZ.261.28.2018

**WYJAŚNIENIA TREŚCI ORAZ ZMIANA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa uniwersalnego systemu do wizualizacji wyników rozdzielów elektroforetycznych wraz z oprogramowaniem do akwizycji obrazów cyfrowych i ich analizy ilościowej

Znak sprawy ADZ.261.28.2018

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy, w sprawie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, zwany dalej Zamawiającym, na mocy 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, , udziela poniższych wyjaśnień:

Pytanie 1:

Czy zamawiający oczekuje od zewnętrznej jednostki sterującej obsługi akwizycji danych, czy tylko spełnienia parametrów z Załącznika nr 2, część d) z punktów 22-24?

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający wymaga aby akwizycja danych była obsługiwana przez zaoferowany instrument.

Odpowiedź na pytanie nr 2 w ramach wyjaśnień treści SIWZ z dn. 24.07.2018 r. obejmowała wyłącznie dopuszczenie **zewnętrznej stacji sterującej systemem**, która będzie spełniała funkcje określone w Załączniku nr 2, część d), punkty 22-24 (archiwizacja i komunikacja). Pozostałe wymagania – w tym akwizycja danych – musi być obsługiwana przez zaoferowany instrument.

Pytanie 2:

Czy zamawiający, w celu zwiększenia czułości systemu podczas akwizycji danych dla chemiluminescencji oraz podczerwieni oczekuje opcji składania pixeli „binning” z załącznika nr 2, części d z punktów 8 i 9? Jeśli tak, to ile poziomów binningu taki system musi posiadać?

Odpowiedź na pytanie 2:

W następstwie zadanego pytania Zamawiający zmienia zapisy SIWZ:

W załączniku nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” w tabeli zostaje dopisany punkt 31. o brzmieniu:

31.	Funkcja zwiększania czułości systemu podczas akwizycji danych dla chemiluminescencji oraz podczerwieni poprzez składanie pixeli- „binning”- co najmniej 3 poziomy
-----	---

W załączniku nr 2 do SIWZ „Formularz ofertowy” w części d) w tabeli zostaje dopisany punkt

31. o brzmieniu:

31.	Funkcja zwiększania czułości systemu podczas akwizycji danych dla chemiluminescencji oraz podczerwieni poprzez składanie pixeli- „binning”- co najmniej 3 poziomy		
-----	---	--	--

W przypadku, gdy udzielona powyżej odpowiedź pozostaje w sprzeczności z postanowieniami SIWZ lub też precyzuje lub uzupełnia postanowienia SIWZ, należy przyjąć, że stanowi ona zmianę SIWZ dokonaną przez Zamawiającego w myśl art. 38 ust. 4 ustawy i będzie stanowiła podstawę dla oceny zgodności oferty z SIWZ, przy czym w przypadku gdy:

- postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SIWZ, za obowiązującą w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
- postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SIWZ za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SIWZ.

Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert. Oferty należy składać w terminie **do dnia 1 sierpnia 2018 roku do godz. 13:00**. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu **1 sierpnia 2018 roku o godzinie 13:30**. W konsekwencji zmianie ulega również **Ogłoszenie o zamówieniu**.

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych
Międzynarodowego Instytutu
Biologii Molekularnej i Komórkowej
w Warszawie

....Prof. dr hab. Jacek Jaworski.....
Podpis Kierownika Zamawiającego