

Warszawa, 10 stycznia 2020 r.

ADZ.261.62.2019

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
Dostawa cyfrowego kompaktowego cytometru przepływowego, wyposażonego w 5
laserów półprzewodnikowych, oprogramowanie, stację roboczą i zestaw podstawowych
dedykowanych akcesoriów/odczynników**

Znak sprawy ADZ.261.62.2019

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy, w sprawie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia („SIWZ”), Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, zwany dalej Zamawiającym, na mocy art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą” udziela poniższych wyjaśnień oraz dokonuje zmian treści SIWZ.

W przypadku, gdy udzielona powyżej odpowiedź pozostaje w sprzeczności z postanowieniami SIWZ lub też precyzuje lub uzupełnia postanowienia SIWZ, należy przyjąć, że stanowi ona zmianę SIWZ dokonaną przez Zamawiającego w myśl art. 38 ust. 4 ustawy i będzie stanowiła podstawę dla oceny zgodności oferty z SIWZ, przy czym w przypadku gdy:

- a) Postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SIWZ, za obowiązującą w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
- b) Postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SIWZ za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SIWZ.

PYTANIE 1:

Czy Zamawiający opisując laser podczerwony, który ma możliwość pomiaru dwóch fluorescencji miał na myśli laser większy lub równy: „ ≥ 700 nm”? Biorąc pod uwagę fakt, iż nie istnieją lasery czerwone używane w cytometrii o mniejszych zakresach, czy Zamawiający dokonał omyłki pisarskiej?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 1:

Tak, Zamawiający potwierdza, że punktowany w ramach kryterium oceny ofert parametr to „Możliwość rozbudowy o laser podczerwony ≥ 700 nm, pomiar 2 fluorescencji:

Biorąc powyższe pod uwagę, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ w następującym zakresie:

I. Rozdział XIV. Punkt 1. SIWZ otrzymuje brzmienie:

„1. Kryterium oceny oferty dla przedmiotu zamówienia.

Lp.	Kryterium	Waga kryterium Maksymalna liczba punktów
1.	Cena oferty brutto („C”)	50 % 50 pkt.
2	Zainstalowany podajnik płytek 96-dołkowych (Tak / Nie)	10 % 10 pkt.
3	Możliwość bezpośredniego pomiaru bezwzględnej liczby komórek bez podawania kulek (Tak / Nie)	10 % 10 pkt.
4	Możliwość rozbudowy o laser podczerwony ≥ 700 nm, pomiar 2 fluorescencji (Tak / Nie)	10 % 10 pkt.
5	Zainstalowane oprogramowanie do analizy danych wyjściowych cytometru (Tak / Nie)	10 % 10 pkt.
6	Pomiar fioletowego światła rozproszonego z detektora bocznego (VSSC) (Tak / Nie)	10 % 10 pkt.”

II. Rozdział XIV. Punkt 2. lit d) otrzymuje brzmienie:

„d) Możliwość rozbudowy o laser podczerwony ≥ 700 nm, pomiar 2 fluorescencji – „L” zgodnie z poniższą tabelą:

Możliwość rozbudowy o laser podczerwony ≥ 700 nm, pomiar 2 fluorescencji	Liczba punktów
TAK	10 pkt.
NIE	0 pkt.”

III. Rozdział XIV. Punkt 3. otrzymuje brzmienie:

„3. Zamawiający udzieli zamówienia publicznego temu z Wykonawców, którego oferta otrzyma największą liczbę punktów (P_i).

$$P_i = C + Z + K + L + D + F$$

gdzie:

P_i – łączna liczba otrzymanych punktów.

C – liczba punktów przyznanych w kryterium: Cena oferty brutto.

Z – liczba punktów przyznanych w kryterium: Zainstalowany podajnik płytek 96-dołkowych.

K – liczba punktów przyznanych w kryterium: Możliwość bezpośredniego pomiaru bezwzględnej liczby komórek bez podawania kulek.

L - liczba punktów przyznanych w kryterium: Możliwość rozbudowy o laser podczerwony ≥ 700 nm, pomiar 2 fluorescencji

D - liczba punktów przyznanych w kryterium: Zainstalowane oprogramowanie do analizy danych.

F - liczba punktów przyznanych w kryterium: Pomiar fioletowego światła rozproszonego z detektora bocznego (VSSC)."

IV. Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz oferty podpunkt 1.2. lit. c) otrzymuje brzmienie:

c) Możliwość rozbudowy o laser podczerwony ≥ 700 nm, pomiar 2 fluorescencji.

.....
(wartości możliwe do wpisania: TAK / NIE – zgodnie z SIWZ)

Ujednolicona wersja Załącznika nr 2 do SIWZ – Formularza oferty, po zmianie, w wersji edytowalnej zostaje zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

V. Rozdział XI. Punkt 18. SIWZ otrzymuje brzmienie:

„18. Opakowanie ma posiadać:

- a) nazwę i adres wykonawcy,
- b) nazwę i adres zamawiającego:
- c) oznaczenie postępowania:

Dostawa cyfrowego kompaktowego cytometru przepływowego wyposażonego w 5 laserów półprzewodnikowych, oprogramowanie, stację roboczą i zestaw podstawowych dedykowanych akcesoriów/odczynniki.

Znak sprawy: ADZ.261.62.2019

NIE OTWIERAĆ PRZED 16.01.2020 roku, godz. 10:30”

VI. Rozdział XII. Punkt 2. i 4. SIWZ otrzymuje brzmienie:

„2. Termin składania ofert upływa dnia **16.01.2020 r., o godzinie 10:00.**

4. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi **16.01.2020 r., o godzinie 10:30**, w siedzibie Zamawiającego.”

W konsekwencji wyżej wskazanych zmian Zamawiający dokonuje zmiany Ogłoszenia o zamówieniu. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zostaje zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

DYREKTOR
Międzynarodowego Instytutu
Biologii Molekularnej i Komórkowej
w Warszawie
Marta Miączynska
prof. dr hab. Marta Miączynska