



Warszawa, 11 stycznia 2021 r.

ADZ.261.80.2020

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

System do chromatografii cieczowej do oczyszczania białek i innych biomolekuł z możliwością pomiaru minimum 3 długości fali jednocześnie wraz z kolektorem frakcji, pompą zewnętrzną próbki, komputerem oraz oprogramowaniem dla potrzeb Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

Znak sprawy: ADZ.261.80.2020

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy, w sprawie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia („SIWZ”), Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, zwany dalej Zamawiającym, na mocy art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą” udziela poniższych wyjaśnień oraz dokonuje zmian treści SIWZ.

W przypadku, gdy udzielona powyżej odpowiedź pozostaje w sprzeczności z postanowieniami SIWZ lub też precyzuje lub uzupełnia postanowienia SIWZ, należy przyjąć, że stanowi ona zmianę SIWZ dokonaną przez Zamawiającego w myśl art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i będzie stanowiła podstawę dla oceny zgodności oferty z SIWZ, przy czym w przypadku gdy:

- a) Postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SIWZ, za obowiązującą w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
- b) Postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SIWZ za obowiązującą w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SIWZ.

PYTANIE 1:

Załącznik nr 3a – Matryca zgodności

Pkt 1.1.2.1. oraz 1.1.2.2. - Czy w Zamawiający miał na myśli czujnik ciśnienia?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 1:

Tak, Zamawiający miał na myśli czujnik ciśnienia.

PYTANIE 2:

Załącznik nr 5 – Istotne postanowienia umowy

§ 5 pkt 2 – Czy Zamawiający zaakceptuje wprowadzenie limitu kar umownych w wysokości 5% ceny umowy brutto?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 2:

Zamawiający dokonuje zmiany w § 5 ust. 2 Załącznika nr 5 – Istotne postanowienia umowy:

BYŁO:

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych za niedotrzymanie terminów w wykonaniu zobowiązań umownych w wysokości:
 - 2.1. 0,25% Ceny Umowy brutto określonej w § 3 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki w realizacji Umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 3 Umowy,
 - 2.2. 0,25% Ceny Umowy brutto określonej w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia w przypadku nie dotrzymania warunków Umowy, o których mowa w § 4 Umowy, dotyczących uprawnień wynikających z Gwarancji Jakości opisanych również w Załączniku Nr 2 do Umowy.

JEST PO ZMIANIE:

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych za niedotrzymanie terminów w wykonaniu zobowiązań umownych w wysokości:
 - 2.1. 0,25% Ceny Umowy brutto określonej w § 3 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki w realizacji Umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 3 Umowy,
 - 2.2. 0,25% Ceny Umowy brutto określonej w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia w przypadku nie dotrzymania warunków Umowy, o których mowa w § 4 Umowy, dotyczących uprawnień wynikających z Gwarancji Jakości opisanych również w Załączniku Nr 2 do Umowy.
 - 2.3. Łączna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie ust. 2 Umowy nie przekroczy 25% Ceny Umowy brutto określonej w § 3 ust. 1 Umowy.

Tekst jednolity Załącznika nr 5 do SIWZ po zmianach z dn. 11.01.2021 r. stanowi załączniki do niniejszego pisma i zostaje zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.