



Warszawa, 12 stycznia 2021 r.

ADZ.261.80.2020

**WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**System do chromatografii cieczowej do oczyszczania białek i innych biomolekuł
z możliwością pomiaru minimum 3 długości fali jednocześnie wraz z kolektorem frakcji,
pompą zewnętrzną próbki, komputerem oraz oprogramowaniem dla potrzeb
Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie**

Znak sprawy: ADZ.261.80.2020

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy, w sprawie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia („SIWZ”), Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, zwany dalej Zamawiającym, na mocy art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą” udziela poniższych wyjaśnień oraz dokonuje zmian treści SIWZ.

W przypadku, gdy udzielona powyżej odpowiedź pozostaje w sprzeczności z postanowieniami SIWZ lub też precyzuje lub uzupełnia postanowienia SIWZ, należy przyjąć, że stanowi ona zmianę SIWZ dokonaną przez Zamawiającego w myśl art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i będzie stanowiła podstawę dla oceny zgodności oferty z SIWZ, przy czym w przypadku gdy:

- a) Postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SIWZ, za obowiązującą w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
- b) Postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SIWZ za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SIWZ.

PYTANIE 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na detektor UV o szerszym zakresie pomiarowym od 190 nm do 800 nm z jednoczesnym odczytem 4 długości fali, w którym źródłem światła jest lampa Tungstena i lampa deuterowa o wydłużonej żywotności z możliwością programowania automatycznego wyłączania lamp? Dotyczy punkt 1.1.1.?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 1:

Zamawiający dokonuje zmiany treści Załączników do SIWZ:

1. Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia w punkcie 1.1.1. otrzymuje brzmienie:



„Detektor UV o zakresie pomiarowym nie mniejszym niż 190-700 nm (co 1 nm) i jednocześnie odczytem przy nie mniej niż 3 dowolnie wybranych długościach fali. Źródło światła- lampa ksenonowa o wydłużonej żywotności lub lampa Tungstena i lampa deuterowa o wydłużonej żywotności wyłączana automatycznie w czasie czuwania lub z możliwością programowania automatycznego wyłączania lamp”.

2. Załącznik nr 3a – Matryca zgodności w punkcie 1.1.1. otrzymuje brzmienie:

„Detektor UV o zakresie pomiarowym nie mniejszym niż 190-700 nm (co 1 nm) i jednocześnie odczytem przy nie mniej niż 3 dowolnie wybranych długościach fali. Źródło światła- lampa ksenonowa o wydłużonej żywotności lub lampa Tungstena i lampa deuterowa o wydłużonej żywotności wyłączana automatycznie w czasie czuwania lub z możliwością programowania automatycznego wyłączania lamp”.

PYTANIE 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dwie pompy systemowe bez zintegrowanych czujników powietrza z zakresem przepływu 0.001 – 10 ml/ min (do 10 ml/min przy pakowaniu kolumn)? Czujniki powietrza zostaną dodane jako osobno. Dotyczy punkt 1.1.2?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 2:

Nie, Zamawiający wymaga, aby urządzenie wyposażone było w dwie pompy systemowe z czujnikiem powietrza o minimalnym zakresie przepływu 0,001-25 ml/min (do 50 ml/min przy pakowaniu kolumn).

PYTANIE 3:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na pompę do próbek bez czujnika powietrza? Czujnik powietrza zostanie dodany osobno. Dotyczy punkt 1.1.2.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 3:

Nie, Zamawiający wymaga, aby pompa do próbek posiadała zintegrowany czujnik powietrza.

PYTANIE 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawór wlotowy próbki bez wbudowanego i zintegrowanego czujnika powietrza? Czujnik powietrza zostanie dodany osobno. Dotyczy punkt 1.1.2.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 4:

Nie, Zamawiający wymaga, aby zawór wlotowy próbki posiadał wbudowany i zintegrowany czujnik powietrza.

**PYTANIE 5:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawór wlotowy próbki bez wbudowanego i zintegrowanego czujnika powietrza? Czujnik powietrza zostanie dodany osobno. Dotyczy punkt 1.1.2.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 5:

Nie, Zamawiający wymaga, aby zawór wyjściowy posiadał min. 3 wyjścia: kolektor frakcji, WASTE oraz 1 dodatkowa pozycja.

PYTANIE 6:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na otwarty kolektor frakcji? Dotyczy punkt 1.1.2

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 6:

Nie, Zamawiający wymaga zamkniętego kolektora frakcji.

PYTANIE 7:

Czy Zamawiający wymaga, aby wraz z kolektorem frakcji zostały dostarczone statywy dla fiolek 3, 5, 8, 15, 50 ml oraz odpowiednią ilość statywów na płytki 96-dołkowe do zebrania min. 500 frakcji? Dotyczy punkt 1.1.2.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 7:

Zamawiający wymaga, aby wraz z kolektorem frakcji dostarczono statywy na probówki 15 ml, 50 ml oraz płytki 96-dołkowe, minimum 2 sztuki każdego rodzaju.

PYTANIE 8:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na kolektor frakcji bez funkcji automatycznego rozpoznawania typu użytego statywu? Dotyczy punkt 1.1.2

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 8:

Nie, Zamawiający wymaga, aby kolektor frakcji posiadał funkcję automatycznego rozpoznawania typu użytego statywu.

PYTANIE 9:

Czy Zamawiający zgodzi się na termin dostawy do 6 tygodni od daty obustronnego podpisania umowy lub zamówienia?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 9:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu dostawy.

**PYTANIE 10:**

Czy Zamawiający, w przypadku zaoferowania gwarancji przewidzianej na okres 24 miesięcy, zgodzi się, aby w przypadku wybrania oferty danego wykonawcy faktura na tego typu usługi/serwis, wystawiona była na oddzielnym dokumencie obejmującym wartości dodatkowej gwarancji na oferowaną aparaturę?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 10:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wystawienie osobnej faktury za udzielenie dodatkowej gwarancji na oferowaną aparaturę.

PYTANIE 11:

Załącznik nr 5 – Istotne postanowienia umowy

§ 8 pkt 8.1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę reakcji na zgłoszenie serwisowe - 3 dzień od dnia przesłania zgłoszenia?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 11:

Zamawiający dokonuje zmiany treści Załącznika nr 5 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy w następującym zakresie:

§ 4 ust. 8 ppkt 8.1. otrzymuje brzmienie:

„8. Podczas obowiązywania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do:


8.1. Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe - maks. 3 dni od dnia przesłania zgłoszenia, zgodnie z ust. 9 poniżej. Poprzez czas reakcji Zamawiający rozumie potwierdzenie otrzymania zgłoszenia przez Wykonawcę oraz rozpoczęcie przez Wykonawcę prac diagnostycznych celem ustalenia przyczyny usterki i sposobu dokonania jej naprawy. Wykonawca powinien przekazać Zamawiającemu informację o przyczynach usterki Urzędnika oraz sposobie jego naprawy oraz terminie dokonania naprawy w ciągu 7 dni od dnia przesłania zgłoszenia”.

PYTANIE 12:

Załącznik nr 5 – Istotne postanowienia umowy

§ 4 pkt 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu:

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności w ramach gwarancji w odniesieniu do jakichkolwiek wad Produktów wynikających ze: zwykłego zużycia; świadomego uszkodzenia przez lub zaniedbania Zamawiającego, jego pracowników lub osób, którymi się posługuje; niestandardowych warunków pracy w siedzibie Zamawiającego; braku przestrzegania wprowadzonych przez Wykonawcę (w formie ustnej lub na piśmie) ograniczeń lub instrukcji w zakresie korzystania; nienależytego korzystania, modyfikacji lub naprawy Produktów bez zgody Wykonawcy; lub w przypadku, gdy Zamawiający narusza zobowiązania w zakresie płatności w ramach niniejszej Umowy. W razie wystąpienia wad z powodów określonych w niniejszym ustępie, Wykonawca może obciążyć Zamawiającego kosztem związanym



z wykonaniem naprawy, według cen z cennika obowiązującego w dniu wykonania naprawy. W maksymalnym zakresie dopuszczalnym na mocy obowiązującego prawa, Wykonawca niniejszym wyrażnie wyłącza, a Zamawiający niniejszym wyrażnie zrzeka się wszelkich gwarancji w zakresie rezultatów uzyskanych w wyniku korzystania z produktów, włączając, między innymi, wszelkie roszczenia z tytułu nieścisłych, nieważnych lub niekompletnych rezultatów. Niniejszym wyłącza się wyrażnie wszelkie rękojmie, gwarancje, zapewnienia, oświadczenia, warunki i zasady (wynikające z przepisów prawa, wyrażnie określone lub dorozumiane) dotyczące jakości, warunków, opisu, zbywalności, przydatności w określonym celu lub braku naruszeń (z wyjątkiem określonej na mocy umowy gwarancji).

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 12:

Zamawiający dokonuje zmiany treści Załącznika nr 5 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy w następującym zakresie:

§ 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Gwarancja obejmuje naprawę wadliwego elementu lub jego wymianę. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności w ramach gwarancji w odniesieniu do jakichkolwiek wad Sprzętu wynikających ze: zwykłego zużycia; świadomego uszkodzenia przez lub zaniedbania Zamawiającego, jego pracowników lub osób, którymi się posługuje; niestandardowych warunków pracy w siedzibie Zamawiającego; braku przestrzegania określonych przez Wykonawcę na piśmie ograniczeń lub instrukcji w zakresie korzystania; nienależytego korzystania, modyfikacji lub naprawy Sprzętu bez zgody Wykonawcy; lub w przypadku, gdy Zamawiający narusza zobowiązania w zakresie płatności w ramach niniejszej Umowy. W razie wystąpienia wad z powodów określonych w niniejszym ustępie, Wykonawca może obciążyć Zamawiającego kosztem związanym z wykonaniem naprawy, według cen z cennika obowiązującego w dniu wykonania naprawy”.

PYTANIE 13:

Załącznik nr 5 – Istotne postanowienia umowy

§ 5 pkt 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zapis dotyczący odszkodowania do wysokości równej wartości umowy? Odpowiedzialność Cytiva ograniczona jest do odszkodowania w kwocie równej kwocie zapłaconej na rzecz Cytiva w ramach umowy.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 13:

Zamawiający dokonuje zmiany treści Załącznika nr 5 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy w następującym zakresie:

§ 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania od Wykonawcy na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego ponad naliczone kary umowne, do wysokości Ceny Umowy brutto określonej w § 3 ust. 1 Umowy”.

PYTANIE 14:

Załącznik nr 5 – Istotne postanowienia umowy

§ 6 pkt 7 - Czy postanowienie to dotyczy dokumentów utworzonych we współpracy i na rzecz Zamawiającego w odniesieniu do tej transakcji/sprzętu? Czy dotyczy dokumentacji dostarczanej



standardowo ze sprzętem? W pierwszym przypadku, przepis nie ma zastosowania, ponieważ taka dokumentacja nie powstaje, w drugim, prawa autorskie pozostają własnością Cytiva. Tak więc prosba o usunięcie ustępu.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 14:

Zamawiający dokonuje zmiany treści Załącznika nr 5 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy polegającej na usunięciu postanowienia wskazanego w § 6 ust. 7.

PYTANIE 15:

Załącznik nr 5 – Istotne postanowienia umowy

§ 11 pkt 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu: Cytiva ponosi odpowiedzialność w granicach strat rzeczywiście poniesionych przez Zamawiającego (z wyłączeniem utraconych korzyści, szkód pośrednich i następnych, odszkodowań i kar umownych płaconych przez Zamawiającego swoim kontrahentom). Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód pośrednich ani wynikowych, powstałych w wyniku sprzedaży, instalacji, wykorzystania lub braku zdolności do wykorzystania danego Produktu lub Usługi, ani z tytułu, między innymi, utraconych korzyści, wartości firmy lub zakłócenia prowadzonej działalności.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 15:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Załącznika nr 5 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy we wskazanym zakresie.

Tekst jednolity Załącznika nr 1, 3a i 5 do SIWZ po zmianach z dn. 12.01.2021 r. stanowi załączniki do niniejszego pisma i zostaje zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert tj. Rozdziału IX oraz XII SIWZ. Oferty należy składać w terminie do dnia **15 stycznia 2021 roku do godz. 12:00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15 stycznia 2021 roku o godzinie 12:30.**

W ww. zakresach zmianie ulega również Ogłoszenie o zamówieniu.

DYREKTOR
Międzynarodowego Instytutu
Biologii Molekularnej i Komórkowej
w Warszawie
Marta Miączyńska
prof. dr hab. Marta Miączyńska